

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования медицинского оборудования, приобретенного для оснащения медицинских организаций Республики Хакасия в 2019-2020 годах»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2022 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 17.12.2021.

Цели контрольного мероприятия: провести анализ средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделенных на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов контрольного мероприятия в 2019-2020 годах, оценить эффективность использования медицинского оборудования в медицинских организациях, приобретенного в 2019-2020 годах.

Объекты контрольного мероприятия: ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» (далее - Республиканская больница), ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» (далее - Саяногорская больница), ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница» (далее - Черногорская детская больница).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Приобретение медицинского оборудования для медицинских учреждений – объектов контрольного мероприятия, осуществлялось в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия». В ходе контрольного мероприятия исследовано медицинское оборудование, используемое медицинскими учреждениями в 2019-2021 годы.

В проверяемом периоде приобретение медицинских изделий, в том числе медицинского оборудования, объектами контрольного мероприятия осуществлено на общую сумму 244,7 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 167,1 млн. рублей, федерального бюджета - 62,2 млн. рублей, нормированного страхового запаса бюджета ТФОМС РХ - 9,2 млн. рублей, средств ОМС - 6,2 млн. рублей.

Учреждениями приобретено лабораторное, диагностическое, ультразвуковое, рентгенологическое, респираторное, офтальмологическое и ЛОР оборудование, в основном в рамках региональных проектов Республики Хакасия 68,2% («Борьба с онкологическими заболеваниями» 59,3%, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 7,3%, «Укрепление общественного здоровья» и «Старшее поколение» по 0,8%).

Кроме того, оснащение медицинских учреждений медицинскими изделиями в 2019-2021 годы осуществлялось за счет приобретения медицинских изделий Минздравом Хакасии, медицинскими организациями Республики Хакасии, а также за счет средств пожертвований, с последующей передачей их в безвозмездное пользование медицинским учреждениям (объектам контрольного мероприятия) с правом оперативного управления.

В ходе оценки эффективности использования медицинского оборудования в медицинских учреждениях установлено, что основными рисками, повлиявшими на снижение эффективности являются:

сложившаяся эпидемиологическая ситуация в регионе, связанная с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем выявлена низкая нагрузка на ультразвуковое, эндоскопическое, анестезиологическое и диагностическое оборудование (в среднем от 0,4 до 13,3 единиц в рабочий день) и высокая нагрузка

на оборудование, задействованное в установлении диагноза новой коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний (лабораторное, рентгенологическое), оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, имеющим острую дыхательную недостаточность (респираторное оборудование), приобретенное для оснащения ковидного госпиталя с целью оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (рентгенологическое оборудование). Рост числа исследований в среднем составил от 32,4% до 99%. Количество исследований в пик пандемии составляло от 70 до 110 в день, при ее снижении - от 10 до 30 в день;

отсутствие необходимых условий для использования медицинского оборудования Учреждениями, повлекшее простои ультразвукового (в Черногорской детской больнице) и лабораторного (в Саяногорской больнице) оборудования в 2019 году длительностью от 2 до 2,5 месяца, длительное неиспользование движимого имущества по назначению (от 3-х до 16-ти месяцев) на общую сумму 19 млн. рублей, что является несоблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного Бюджетным кодексом (лабораторное, эндоскопическое, рентгенологическое оборудование);

неправомерное использование диагностического оборудования (комплекс суточного мониторинга ЭКГ «Миокард-Холтер-2») для исследования лиц, не относящихся к детскому населению (в возрасте от 26 до 61 года), расчетно на общую сумму 15,6 тыс. рублей (Черногорская детская больница);

неиспользование рентгеновского комплекса стоимостью 21 971,8 тыс. рублей (Саяногорская больница). В связи с неоплатой поставленного в 2020 году рентгеновского комплекса и затянувшимися судебными разбирательствами риски потерь республиканского бюджета по их результатам составят расчетно 2375,7 тыс. рублей, что противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному Бюджетным кодексом.

Таким образом, социальный эффект не достигнут вследствие длительного неиспользования медицинского оборудования Черногорской детской больницей и Саяногорской больницей при реализации региональных проектов: «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в части создания условий для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на этапе обследования, лечения, и последующего динамического наблюдения, а также диагностике рака молочной железы у женщин.

На основании выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, недостатков и рисков Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия сформирован комплекс рекомендаций Министерству здравоохранения Республики Хакасия, объектам проверки.

Отчет рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 31.03.2022.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях